Parametri Lenti Progressive

Dati e parametri generali di produzioni	Lenti progressive Estix Fusion	Lenti progressive Estix Camber Steady	Lenti progressive Estix Camber Soft	Lenti progressive Estix Camber Mobile	Lenti progressive Estix Custom Delux	Lenti progressive Estix H 40	Lenti progressive Estix Classic	Lenti progressive Estix Eye Drive Pro Pal 4U	Lenti progressive Estix Junior	Lenti progressive Estix Minerali Free Form	Lenti progressive Estix Minerali Conventional
Teconologia	Free Form	Free Form	Free Form	Free Form	Free Form	Free Form	Free Form	Free Form	Free Form	Free Form	Conventional
Design Free Form	Individuale	Individuale	Individuale	Individuale	Individuale	Individuale	Non Individuale	Individuale	Non Individuale	Individuale	Non Individuale
Corridoio/ Altezza Minima Di Montaggio	2 altezze: minima 15 mm	Regular/Short/Extra Short/Ultra Short 21/19/17/15 mm	Regular/Short/Extra Short/Ultra Short 21/19/17/15 mm	Regular/Short/Extra Short/Ultra Short 21/19/17/15 mm	Regular/Short/Extra Short/Ultra Short 21/19/17/15 mm	Regular/Short/ Extra Short/ Ultra Short 20/ 18/ 16/14 mm	Regular/Short/ Extra Short/ Ultra Short 18/ 17/ 16/15 mm	18 mm	13/14 mm	Regular/Short/Extra Short/Ultra Short 21/19/17/15 mm	"
Addizione	Da 0,75 a 3,50 passo di 0,25	Da 0,75 a 4,00 passo di 0,25	Da 0,75 a 4,00 passo di 0,25	Da 0,75 a 4,00 passo di 0,25	Da 0,75 a 3,50 passo di 0,25	Da 0,75 a 4,00 passo di 0,25	Da 0,75 a 3,50 passo di 0,25	Da 0,75 a 3,50 passo di 0,25	1,50 / 1,75 / 2,00 diottrie (consigliato)	Da 0,50 a 4,00 passo di 0,25	"
Inset Variabile	Da 1,5 a 3,50 mm passo di 0,1	Da 0 a 4,00 mm passo di 05	Da 0 a 4,00 mm passo di 05	Da 0 a 4,00 mm passo di 05	Da 1,5 a 3,50 mm passo di 0,1	"	"	"	"	Da 0 a 4,00 mm passo di 05	"
Distanza minima sopra la croce di centraggio al montaggio (mm)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Centratura	Posizionare la croce di centratura al centro della pupilla utilizzando il pd per lontano										
Valori standard											
Curva di avvolgimento (wrap)	5°	5°	5°	5°	5°	5°	"	5°	"	"	"
Angolo pantoscopico	8°	12°	12°	12°	8°	8°	"	8°	"	"	"
Distanza apice corneale	14,30 mm	14,00 mm	14,00 mm	14,00 mm	14,30 mm	14,30 mm	"	14,00 mm	"	"	"
Informazioni necessarie alla produzione											
Prescrizione da lontano	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Tipo di corridoio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Mono di (OD e OS) separati	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Altezza pupillare (OD e OS separati)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Dimen. montature (box a e b)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Larghezza ponte	Obbligatorio	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Parametri individuali	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale